

Lublin, dnia 19.10.2020 r.

znak sprawy: A-2401-35/2020

WYJAŚNIENIA ORAZ ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

Dostawa autoklawu dla Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie

Zamawiający, Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie, działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, w związku z wpłynięciem pytania Wykonawcy dot. treści SIWZ, przesyła treść pytania nadesłanego do w/w postępowania wraz z odpowiedzią:

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o pojemności 17 litrów ?

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:

Zamawiający wyjaśnia, że dopuszcza zaproponowane rozwiązanie jako parametr minimalny pojemności autoklawu i w związku z powyższym, na podstawie art. 38 ust. 4 i 4a oraz art. 11c i art. 12a ustawy, informuje o zmianie treści ogłoszenia o zamówieniu poprzez przedłużenie terminu na składanie ofert, a także zmianie terminu otwarcia ofert, dokonując zmiany treści postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następującym zakresie (zmiany dla ułatwienia porównania podkreślono kolorem szarym):

1. Zmianie ulegają postanowienia dot. trzeciego z kryteriów - „Kryterium „Jakościowe – pojemność””, opisanego w rozdziale XIII SIWZ, które w miejsce dotychczasowej treści przybierają treść następującą:

Kryterium „Jakościowe – pojemność”:

„Jakościowe – pojemność” - maksymalnie 20 punktów

UWAGA!!!:

- 1) Zamawiający wymaga zaoferowania autoklawu o pojemności co najmniej 17 litrów. Oferty z mniejszą pojemnością autoklawu niż 17 litrów zostaną odrzucone.
- 2) Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania przez wykonawcę autoklawu z pojemnością większą niż 23 litry, zamawiający przyjmie w kryterium oceny ofert „Jakość-pojemność” wartość 23 litry, natomiast parametr wskazany przez wykonawcę będzie wiążący do realizacji przez niego zamówienia.
- 3) Brak wskazania w Formularzu oferty (Załącznik nr 2 do SIWZ) pojemności autoklawu, skutkować będzie przyjęciem dla oceny ofert, że jego pojemność wynosi 17 litrów – o ile zaoferowany autoklaw będzie spełniał parametr minimalny 17 litrów i będzie to możliwe do ustalenia w oparciu Załącznik nr 1 do oferty i wskazane tamże dane przedmiotu zamówienia - w przeciwnym wypadku oferta zostanie odrzucona, jako niespełniająca minimalnych wymagań zamawiającego.

W powyższym kryterium oceniany będzie parametr jakościowy – pojemność autoklawu.

Kryterium „Jakościowe – pojemność” ocenione zostanie na podstawie danych podanych przez wykonawcę

w Załączniku nr 2 do SWIZ.

Punkty za kryterium „Jakość - pojemność” będą obliczane wg następującej formuły:

$$J = (Job - 17) : 6 \times 20$$

gdzie:

J – przyznane punkty za zaferowane kryterium „Jakościowe - pojemność”;

Job – pojemność zaferowanego przedmiotu zamówienia oferty badanej (wyrażona przez wykonawcę w litrach).

2. Zmianie ulega zdanie 1 pkt. 1 rozdziału XIX SIWZ „MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT”, gdzie:

Było:

*„Ofertę wraz ze wszystkimi wymaganymi oświadczeniami i dokumentami należy złożyć elektronicznie za pośrednictwem Platformy Zakupowej Zamawiającego (<https://portal.smartpzp.pl/iapan>) lub w przypadku wyboru składania oferty w formie pisemnej należy ją złożyć w Instytucie Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie ul. Doświadczalna 4, 20–290 Lublin, bud. A, pok. 18 (sekretariat),
- w terminie do dnia 26.10.2020 roku do godziny 10:00*

Zmiana:

*„Ofertę wraz ze wszystkimi wymaganymi oświadczeniami i dokumentami należy złożyć elektronicznie za pośrednictwem Platformy Zakupowej Zamawiającego (<https://portal.smartpzp.pl/iapan>) lub w przypadku wyboru składania oferty w formie pisemnej należy ją złożyć w Instytucie Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie ul. Doświadczalna 4, 20–290 Lublin, bud. A, pok. 18 (sekretariat),
- w terminie do dnia 28.10.2020 roku do godziny 10:00”*

3. Zmianie ulega zdanie 1 pkt. 2 rozdziału XIX SIWZ „MIEJSCE ORAZ TERMIN OTWARCIA OFERT”, gdzie:

Było:

„Otwarcie ofert złożonych w formie elektronicznej oraz pisemnej nastąpi w dniu 26.10.2020 roku o godzinie 10:15 w siedzibie w siedzibie Instytutu Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie, ul. Doświadczalna 4, bud. A pok. Nr 10 A. Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.,,

Zmiana:

„Otwarcie ofert złożonych w formie elektronicznej oraz pisemnej nastąpi w dniu 28.10.2020 roku o godzinie 10:15 w siedzibie w siedzibie Instytutu Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie, ul. Doświadczalna 4, bud. A pok. Nr 10 A. Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.,,

4. Zmianie ulega załącznik stanowiący opis przedmiotu zamówienia, tj. Załącznik nr 1, który w miejsce dotychczasowej treści przybierają treść następującą (treść Załącznika na kolejnej stronie):

znak sprawy: A-2401-35/2020

Załącznik nr 1 do SIWZ

Kosztyorys ofertowy/Opis przedmiotu zamówienia

Dostawa autoklawu dla Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie¹²

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Lp.	Nazwa i opis zamawianego towaru (parametry minimalne)	Nr kat.	Opis oferowanego towaru			Ilość	jm	Cena netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto
			Nazwa i opis zaproponowanego towaru	Nr katalogowy zaproponowanego towaru	Nazwa producenta zaproponowanego towaru						
1	autoklaw medyczny klasy B z komorą ze stali nierdzewnej, o pojemności min. 17 litrów, z możliwością programowania własnych programów sterylizacji w temp. z zakresu min. 105-134st.C	-				1	szt.				
								Łącznie wartość netto:		Łącznie wartość brutto:	

1.

.....
(Podpis wykonawcy/osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawcy)

¹ Minimalny okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego to 12 miesięcy (gwarancja stanowi kryterium oceny ofert, ocenianym na podst. Załącznika nr 2 do SIWZ)

² Minimalny pojemność wymagana przez Zamawiającego to 17 litrów (pojemność stanowi kryterium oceny ofert, ocenianym na podst. Załącznika nr 2 do SIWZ).

5. Zmianie ulega załącznik stanowiący opis przedmiotu zamówienia, tj. Załącznik nr 2, który w miejsce dotychczasowej treści przybierają treść następującą:

znak sprawy: A-2401-35/2020

Załącznik nr 2 do SIWZ

.....
(pieczęć Wykonawcy- jeżeli posiada)

..... dnia

FORMULARZ OFERTOWY

1. Nazwa wykonawcy:
2. NIP wykonawcy:
3. REGON wykonawcy:
4. KRS wykonawcy (jeżeli posiada):
5. Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów:
6. adres wykonawcy:
7. kod pocztowy i miejscowość:
8. województwo.....
9. telefon:
10. faks:
11. poczta elektroniczna (e-mail):
12. adres internetowy (URL):
13. kapitał zakładowy:
14. adres internetowy ogólnodostępnej i bezpłatnej bazy danych zawierającej dokument, o którym mowa w pkt 5.3. lit. a SIWZ (zawierającej odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, m.in. KRS lub CEIDG):.....

przystępując do prowadzonego przez Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa autoklawu dla Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie”, składamy niniejszą wykonanie zamówienia i:

1. Oświadczamy, że zapoznałem/zapoznaliśmy się z wymaganiami Zamawiającego, dotyczącymi przedmiotu zamówienia, zamieszczonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami i nie wnosząc/wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń.

2. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia na warunkach przedstawionych w niniejszej ofercie oraz w załączonym (załączonych) Kosztorysie ofertowym (Kosztorysach ofertowych):

Dostawa autoklawu dla Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie

Cena bruttozł	Słownie:
W tym stawka VAT ... %	

UWAGA: należy podać stawkę podatku VAT oraz cenę brutto zgodnie z załączonym do niniejszej oferty kosztorysem ofertowym sporządzonym według wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ.

Termin dostawy wynosi:*** dni kalendarzowych (*maks. 30 dni*) od dnia podpisania umowy.

Okres gwarancji wynosi:*** miesięcy (*min. 12 miesięcy*) od dnia podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru.

Pojemność autoklawu wynosi:*** litrów (*min. 17 litrów*).

3. Oświadczamy, że w ww. cenie/cenach uwzględniliśmy wszelkie koszty niezbędne do pełnej i terminowej realizacji zamówienia, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego opisanymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Kosztorysie ofertowym i wzorze umowy.

4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu otwarcia ofert.

5. Oświadczamy, że w razie wybrania naszej oferty jako najkorzystniejszej zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach określonych we Wzorze Umowy.

6. Oświadczamy, że informacje i dokumenty zawarte w Ofercie na stronach od nr do nr stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zastrzegamy, że nie mogą być one udostępniane. Informacje i dokumenty zawarte na pozostałych stronach Oferty są jawne**.

(W przypadku utajnienia oferty Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zobowiązany jest wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w szczególności określając, w jaki sposób zostały spełnione przesłanki, o których mowa w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2019 r. poz. 1010 z późn. zm.), zgodnie z którą przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności.

7. Oświadczam/y, że zamierzamy powierzyć realizację następujących części zamówienia podwykonawcom**

Lp.	Część zamówienia powierzona do realizacji podwykonawcy	Nazwa/firma podwykonawcy

8. Zarejestrowane nazwy i adresy wykonawców występujących wspólnie**:

.....
.....

9. Oświadczam (y), że wybór oferty prowadzi/nie prowadzi* do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług:

1) Nazwa towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego**:

.....

2) Wartość towaru lub usługi bez kwoty podatku VAT**:

.....

10. Czy wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem?

Tak

Nie

(właściwie zaznaczyć)

Zgodnie z artykułem 2 załącznika nr I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.:

a) do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw („MŚP”) należą przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 250 pracowników i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR, lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR,

b) małe przedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 pracowników i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR,

c) mikroprzedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 pracowników i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR

11. Załącznikami do niniejszego formularza, stanowiącymi integralną część oferty, są:

1) Kosztorys ofertowy/Opis przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 1;

2) oświadczenia, o których mowa w pkt VII.A.1 SIWZ według wzoru stanowiącego **Załącznik nr 3 i 4** do SIWZ;

4)

5)

.....
(data i czytelny podpis uprawnionego przedstawiciela(i) Wykonawcy)

* **NIEPOTRZEBNE SKREŚLIĆ.**

Gdy wybór oferty prowadzi do powstania obowiązku podatkowego u Zamawiającego, Wykonawca zobligowany jest do wypełnienia pozycji 1) i 2) w pkt 9 druku oferty.

** **JEŻELI DOTYCZY**

*** **WYPEŁNIA WYKONAWCA.**

W pozostałym zakresie treść specyfikacji pozostaje bez zmian.

Zmiany wchodzi w życie z dniem podpisania.

Kierownik Zamawiającego

D Y R E K T O R
Stawinski
prof. dr hab. Cezary Stawiński,
czł. koresp. PAN