

Lublin, dnia 14.03.2023 r.

znak sprawy: A-2401-9/2023

## **WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

w postępowaniu prowadzonym na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

**Dostawa maszyny wytrzymałościowej umożliwiającej badanie wytrzymałości mechanicznej modelowych agregatów glebowych dla Instytutu Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie**

**– 1 komplet**

Zamawiający - Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie, działając na podstawie art. 135 ust. 2 i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, w związku z wpłynięciem pytań dot. treści specyfikacji warunków zamówienia (dalej: SWZ), udostępnia treść pytań wraz z odpowiedziami:

### **Pytanie nr 1:**

*Zamawiający wymaga dostarczenia 3. głowic pomiarowych siły, a zatem czy mają być one wpięte bezpośrednio do elektroniki, a przełączanie się pomiędzy głowicami ma być realizowane z poziomu oprogramowania badawczego? Aktualnie w OPZ głowice mogą być podłączane zamiennie do jednego gniazda w elektronice, nie jest stawiany wymóg.*

Wyjaśnienie Zamawiającego w odpowiedzi na pytanie nr 1:

**Zamawiający dopuszcza obydwie możliwości.**

### **Pytanie nr 2:**

*Czy Zamawiający wymaga, aby wzorcowanie było wykonane przez dostawcę, który po dostawie urządzenia przeprowadzi jego wzorcowania i wystawi świadectwa kalibracji opatrzone logiem PCA lub równoważnym?*

Wyjaśnienie Zamawiającego w odpowiedzi na pytanie nr 2:

**Wzorcowanie powinno być wykonane przez autoryzowany serwis producenta wraz z wystawieniem świadectwa wzorcowania akredytowanego laboratorium wzorcującego. W związku z powyższym zmianie ulega Załącznik nr 1 do SWZ, który stanowi Kosztorys ofertowy/Opis przedmiotu zamówienia (wersja jednolita w załączeniu).**

Zamawiający - Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie, działając na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, przedstawia poniżej treść zmian SWZ i Ogłoszenia o zamówieniu (dla ułatwienia porównania z pierwotną treścią Ogłoszenia o zamówieniu, zmiany podkreślono kolorem szarym):

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

Było:  
VI.3)

Informacje dodatkowe:

7.3 Koszty dostawy urządzenia, montaż, uruchomienie, wzorcowanie w miejscu docelowym (kanały siły, przemieszczenia i prędkości) po stronie oferenta.

Jest:

VI.3)

Informacje dodatkowe:

7.3 Koszty dostawy urządzenia, montaż, uruchomienie, wzorcowanie w miejscu docelowym (kanały siły, przemieszczenia i prędkości) po stronie oferenta. **Wzorcowanie powinno być wykonane przez autoryzowany serwis producenta wraz z wystawieniem świadectwa wzorcowania akredytowanego laboratorium wzorcującego.**

Było:

IV.2.2)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Data: 20/03/2023

Czas lokalny: 11:00

Jest:

IV.2.2)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Data: 30/03/2023

Czas lokalny: 11:00

Było:

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert

Data: 20/03/2023

Czas lokalny: 11:30

Jest:

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert

Data: 30/03/2023

Czas lokalny: 11:30

Było:

IV.2.6)

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

Oferta musi zachować ważność do: 17/06/2023

Jest:

IV.2.6)

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

Oferta musi zachować ważność do: 27/06/2023

W pozostałym zakresie treść SWZ pozostaje bez zmian.  
Zmiany wchodzi w życie z dniem podpisania.

Kierownik Zamawiającego,

Z-ca DYREKTORA  
d/s ADMINISTRACYJNO  
- EKONOMICZNYCH  
*E. Bronisz*  
Emilia Bronisz

Załącznik:

Załącznik nr 1 do SWZ – Kosztorys ofertowy/Opis przedmiotu Zamówienia (wersja jednolita, zmiany zaznaczone kolorem zielonym)

