



ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY ORAZ O ODRZUCENIU OFERTY W CZĘŚCI 1

Na podstawie art. 4d, ust. 1, pkt 1 Ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zmianami), w zw. z art. 30a i 30b ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2015, poz. 249, 1268 z późn. zm.) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: **Dostawę kolumn chromatograficznych**, zamówienie finansowane z działalności statutowej Instytutu

wybrano ofertę złożoną przez:

Część 1. Dostawa kolumny chromatograficznej Zebron ZB-FAME GC do analizy metylowych pochodnych kwasów tłuszczowych kompatybilnej z chromatografem gazowym Trace GC Ultra (Thermo Scientific) posiadany przez Zamawiającego, według katalogu Shim-pol lub równoważne

**„Shim-Pol A.M. Borzymowski” E. Borzymowska-Reszka, A. Reszka, Sp. J.
ul. Kochanowskiego 49A, 01-864 Warszawa**

Oferta jest zgodna z warunkami zawartymi w Zaproszeniu do składania ofert, a wyżej wymieniony Wykonawca spełnił warunki udziału w niniejszym postępowaniu.

Wpłynęły 2 oferty

Streszczenie oceny złożonych ofert wygląda następująco:

Nr oferty	Nazwa i adres oferenta	Punktacja w kryterium „cena”	Wartość punktacja przyznana
1	ANCHEM Sp. z o.o., Sp. k. ul. Międzyborska 23 04-041 Warszawa	-	-
2	„Shim-Pol A.M. Borzymowski” E. Borzymowska-Reszka, A. Reszka, Sp. J. ul. Kochanowskiego 49A, 01-864 Warszawa	100	100

Zamawiający odrzuca ofertę ANCHEM Sp. z o.o., Sp. k., ul. Międzyborska 23, 04-041 Warszawa

Uzasadnienie faktyczne:

Zaoferowana przez w.w. Wykonawcę kolumna chromatograficzna TR-FAME o nr katalogowym 260M154P w katalogu Thermo Fischer Scientific nie spełnia wymogu Zamawiającego dotyczącego maksymalnej temperatury pracy kolumny. Zamawiający wymagał dostarczenia kolumny chromatograficznej o maksymalnej temperaturze pracy – 280 st. C, natomiast max. temp. pracy kolumny zaoferowanej przez Wykonawcę ANCHEM to 250/260 st. C. W związku z powyższym Zamawiający jest zmuszony odrzucić ofertę Wykonawcy SIGMA-ALDRICH Sp. z o.o.

Uzasadnienie prawne:

Zgodnie z zapisem w *Zaproszeniu do składania ofert*, „Odrzucenie oferty” pkt 2, tj.: *Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści Zaproszenia do składania ofert lub/i opisowi przedmiotu zamówienia przedstawionemu przez Zamawiającego* - Zamawiający odrzuca ofertę **Wykonawcy ANCHEM Sp. z o.o., Sp. k.**

Część 2. Dostawa kapilarnej kolumny chromatograficznej do szerokiego spektrum analiz, kompatybilnej z chromatografem gazowym Trace GC Ultra (Thermo Scientific) posiadany przez Zamawiającego, według katalogu Shim-pol lub równoważne

**„Shim-Pol A.M. Borzymowski” E. Borzymowska-Reszka, A. Reszka, Sp. J.
ul. Kochanowskiego 49A, 01-864 Warszawa**

Oferta jest zgodna z warunkami zawartymi w Zaproszeniu do składania ofert, a wyżej wymieniony Wykonawca spełnił warunki udziału w niniejszym postępowaniu.

Wpłynęły 2 oferty

Streszczenie oceny złożonych ofert wygląda następująco:

Nr oferty	Nazwa i adres oferenta	Punktacja w kryterium „cena”	Wartość punktacja przyznana
1	ANCHEM Sp. z o.o., Sp. k. ul. Międzyborska 23 04-041 Warszawa	97,22	97,22
2	„Shim-Pol A.M. Borzymowski” E. Borzymowska-Reszka, A. Reszka, Sp. J. ul. Kochanowskiego 49A, 01-864 Warszawa	100	100

D Y R E K T O R
Stawini
prof. dr hab. Cezary Stawiński

.....
Kierownik Zamawiającego

**Zamawiający wymaga potwierdzenia otrzymania niniejszego zawiadomienia na nr faxu: 81 7445067
lub adres e-mail: e.hamera@ipan.lublin.pl.**