



A-2401-12/2021

Lublin, 23 marca 2021 roku

**Wykonawcy biorący udział w postępowaniu**

**Dotyczy: Dostawa laboratoryjnych materiałów eksploatacyjnych**

Zamawiający, Instytut Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego PAN w Lublinie odpowiada na pytanie do ww. postępowania:

Dot. części nr 3, poz. 3 i 4

**Pytanie:**

Czy Zamawiający wymaga strzykawkę zgodnie z opisem (poz. 3 i 4) czy zgodnie z podanym numerem katalogowym?

Strzykawki o podanym opisie to zwykłe strzykawki laboratoryjne, nieostro zakończone, 22 gauge, 51 mm dł. igły.

Prosimy o rozwinięcie opisu strzykawkę dotyczącego kompatybilności ze spektrometrem mas.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga, aby strzykawki były kompatybilne z oprogramowaniem sterującym spektrometrem mas (LTQ Velos Orbitrap) posiadany przez Zamawiającego, aby bezpośrednie dozowanie próbki do spektrometru mas było odpowiednie.

W oprogramowaniu sterującym MS są podani dwaj producenci strzykawkę Hamilton i Unimatrix. Jeżeli Państwo zapewnią nas, że strzykawki innych producentów, które zechcecie nam Państwo zaoferować zapewnią nam odpowiednie dozowanie próbki podczas analiz, to je zaakceptujemy.

D Y R E K T O R

*Stocznica*

prof. dr hab. Cezary Sławiński,  
czł. koresp. PAN