



A-2401-18/19

Lublin, 17.04.2019 r.

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Dot. Zaproszenia do składania ofert na: dostawę wirówki laboratoryjnej wraz z akcesoriami

Działając na podstawie art. 4d ust. 1, pkt 1 Ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zmianami), w zw. z art. 30a i 30b ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2015, poz. 249, 1268 z późn. zm.) Zamawiający niniejszym odpowiada na pytania do Zaproszenia do składania ofert nr A-2401-18/19 z dnia 10.04.2019 r.

Pytanie:

Proszę o wyjaśnienie, co dokładnie oznacza zapis „...z adapterami do probówek stożkowych 15/50 mL.”
Czy Zamawiający rozumie przez ten zapis probówki o poj. 15 i 50ml, czy 15 probówek o pojemności 50ml?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że powyższy zapis oznacza to, żeby do wirówki zostały dołączone adaptory na probówki o pojemności 15 ml oraz adaptory na probówki o pojemności 50 ml, w ilości odpowiadającej maksymalnemu wypełnieniu rotora.

Kierownik Zamawiającego

D Y R E K T O R
Stawinski
prof. dr hab. Cezary Stawiński