



A-2401-15/2019

Lublin, 22 kwietnia 2020 roku

**Wykonawcy biorący udział w postępowaniu**

***Dotyczy: Wykonania analizy metagenomicznej 53 próbek DNA i dostarczenie jej wyników do Zamawiającego***

**Zamawiający odpowiada na pytanie:**

**Pytanie:**

Czy Zamawiający zaakceptuje brak raportu dotyczącego prób negatywnych? Nasza firma stosuje próby negatywne podczas amplifikacji PCR, natomiast nie sekwencjonuje ich, dlatego też nie umieszczamy ich w raporcie końcowym.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga podania informacji na temat metodyki wykonania i ilości prób negatywnych na etapie amplifikacji.

D Y R E K T O R

*Stawski*

*prof. dr hab. Cezary Stawiński,  
czł. koresp. PAN*